

**Załącznik nr 1.**

..... (miejsowość, data) .....

**Oferent:**

.....  
.....  
.....

(nazwa i adres Oferenta)

tel.:.....

e-mail: .....

**OFERTA**

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 33/2021**

**1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego inkubatora CO2 w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie badawczym pt.: „3D biodrukowana tkanka wątrobowa wraz z układem naczyniowym jako innowacyjny model do oceny toksyczności leków i skuteczności terapii antynowotworowych”.

**2. Cena:**

Proponowana cena netto:

.....

słownie:

.....

Proponowana cena brutto:

.....

słownie:

.....

**3. Termin ważności oferty:**

Oferta jest ważna przez ..... dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

#### 4. Wymagania techniczne:

Lp.	Minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego inkubatora CO2 będącego przedmiotem zapytania ofertowego:	OFERENT / potwierdzenie
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inkubator do hodowli komórek zasilany CO2.</li> <li>- pojemność nie mniejsza niż 170 litrów.</li> <li>- wyposażony w dotykowy interface lub rozwiązanie równoważne.</li> <li>- pracujący pod napięciem 220-240V, 50/60 Hz.</li> <li>- konstrukcja bez użycia wentylatora w celu redukcji drgań i potencjalnych zanieczyszczeń</li> <li>- wyposażony w funkcję sterylizacji w wysokiej temperaturze nie mniejszej niż 180 stopni C z gotowym protokołem bez konieczności użycia wew/zew filtrów typu HEPA współpracujących z wentylatorem.</li> <li>- utrzymujący precyzyjną i jednolitą temperaturę komory wewnętrznej wraz wielopunktowym pomiarem temperatury</li> <li>- komora wewnętrzna wykonana w technologii bezszwowej wraz z możliwością jej szybkiego demontażu w celu czyszczenia i dezynfekcji,</li> <li>- wyposażony w uszczelnione szklane drzwi wewnętrzne podzielone na nie mniej niż cztery (4) segmenty,</li> <li>- wyposażony w nie mniej niż cztery (4) półki,</li> <li>- posiadający zakres temperatury nie mniejszy niż od + 4 do 50 stopni C,</li> <li>- posiadający skok kontroli temperatury nie większy niż +/- 0,1 stopni C,</li> <li>- posiadający stabilność temperatury przy 37 stopniach C na poziomie nie większym niż +/- 0,1 stopni C,</li> <li>- posiadający jednolitość temperatury w zakresie nie większym niż +/- 0,3 stopni C,</li> <li>- posiadający zakres regulacji CO2 w zakresie nie mniejszym niż 0,1 - 20%.</li> <li>- posiadający skok kontroli CO2 nie większy niż +/- 0,1%.</li> <li>- posiadający stabilność CO2 przy 5% CO2 na poziomie nie większym niż +/- 0,1%.</li> <li>- posiadający jednolitość CO2 w zakresie nie większym niż +/- 0,1%.</li> <li>- wyposażony w interface do eksportu danych przez łącze USB, Ethernet,</li> <li>- wyposażony w nie mniej niż dwa (2) porty dostępne,</li> <li>- wyposażony w możliwość rejestracji danych w urządzeniu,</li> <li>- drzwi zewnętrzne wyposażone w zamek magnetyczny lub rozwiązanie równoważne,</li> <li>- wyposażony w możliwość zmiany lokalizacji strony otwierania drzwi,</li> <li>- posiadający możliwość rozbudowy o moduł kontroli O2 do eksperymentów hypoksyjnych.</li> <li>- okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z zastrzeżeniem zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy/serwisu gwarancyjnego.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>TAK / NIE *</b> <b>Numer referencyjny urządzenia:</b></p>

5. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi uczestnictwa w postępowaniu i nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. w szczególności spełniamy poniższe warunki:

- a. Oferent nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
- b. Oferent nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- c. Oferent nie jest podmiotem powiązany lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- d. Oferent nie jest podmiotem powiązany osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
- **TAK / NIE** \*

**6. Uwagi:**

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis i pieczętka Oferenta)

\* proszę wybrać prawidłową odpowiedź